

Ficha de Apoyo Preventivo

Recomendación para empresas sobre el uso test de antígenos autoaplicados



Las pruebas de antígeno pueden detectar infecciones actuales y puede ser utilizadas antes de que los trabajadores ingresen al lugar de trabajo o vuelvan a retomar su actividad laboral. Estos test son fáciles de usar, con resultados rápidos y de bajo costo.

Recomendaciones

- Utilice test de antígenos según las recomendaciones del Ministerio de Salud:
 - Test de antígenos con verificación emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP), según el "Listado de test SARS CoV 2 con certificado de revisión de antecedentes" disponible el siguiente link:

<https://www.ispch.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-rapidos-y-protocolo-de-verificacion/> o con el certificado de revisión de antecedentes que acompaña al dispositivo médico, emitido por el ISP.

- Test de antígenos con sensibilidad mayor al 90% y especificidad mayor al 95%.
- Que el test de antígeno se encuentre en el "Listado de test para detección de Ag SARS CoV 2 de las autoridades nacionales pertenecientes al foro internacional de reguladores de dispositivos médicos", disponible el siguiente link:

<https://www.ispch.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-rapidos-y-protocolo-de-verificacion/> publicado por el ISP.

- Prefiera test que puedan ser autoaplicados por el trabajador, se recomienda con muestra nasal o saliva, ya que no son invasivos. (No recomendamos que la autoaplicación sea con test nasofaríngeos).

Referencias:

- B1/N°518 de la Subsecretaría de Salud Pública, del 31 de enero del 2022, "Protocolo de Búsqueda activa de casos y priorización de testeo"
- <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/antigen-testing.html>



- Para su utilización, siga las instrucciones de uso señaladas por el fabricante.
- Se recomienda que cada empresa tenga un procedimiento interno sobre el uso de test de antígenos autoaplicados. Este documento debe incluir el objetivo, población a evaluar, periodicidad de la evaluación, tipo de test, instrucciones de uso, eliminación de residuos y manejo de resultados según definición de caso vigente del Ministerio de Salud.
- Difunda el procedimiento en los trabajadores previo al testeo.
- Siempre vele por las medidas de prevención de contagio.